



Aleksandrów Kujawski, dnia 05.04.2024 r.

L.dz. P.Sz. / 2854 /24

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 8/2024
www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 8/2024 w trybie podstawowym na dostawę fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu B wraz z wyposażeniem medycznym opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 27.03.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00262886

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1 DOTYCZY: WIDEOLARYNGOSKOP

Czy przy Zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający zezwoli na dostarczenie widelaryngoskopu UeScope UED-A o zbliżonych parametrach podanych poniżej?

- Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny według normy IEC 60601-1-2
- Kolorowy wyświetlacz LCD 3", dotykowy, rozdzielczość HD 720x480px,
- Wyświetlacz z możliwością odchylenia przód tył 110 stopni i 270 stopni obrót.
- Wbudowana kamera CMOS
- Źródło światła laryngoskopu LED o dużej intensywności
- Bateria wystarczająca na pracę przez 210 minut
- Bateria litowa 3,6V
- Masa urządzenia: 250g (ekran 158 gram + 92 gramy tor wizyjny)
- Włączanie i wyłączanie urządzenia za pomocą jednego dedykowanego przycisku
- Wskaźnik zużycia akumulatora na ekranie
- Dostępne łyżki typu Macintosh rozmiary od 0 do 4);
- Wszystkie łyżki o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje (rozmiary od 0 do 4)

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2 DOTYCZY: URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KARETCE WBUDOWANEGO W POJAZD LUB UMOŻLIWIAJĄCEGO MONTAŻ W POJEŹDZIE

Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści ofertę na hybrydowy dezynfektor ambulansowy PLAZE SAFE C (HPA-36C), który działa w obecności ludzi (UVC + Promieniowa Jonizacja Katalityczna RCI + jonizacja plazmowa HPI, generujące rodniki hydroksylowe: jony wodorotlenowe i nadtlenkowe) oraz posiada dodatkowo funkcję dekontaminacji ozonem poza obecnością ludzi? Urządzenie to jest bezpieczne dla wyposażenia medycznego oraz pojazdu, spełnia niezbędną normę EN 1789 dotyczącą bezpiecznego montażu w ambulansach, jest ciche, lekkie



Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



(3,5kg), energooszczędne i dostosowane wydajnością do kubatury ambulansu, posiada wewnętrzną baterię, zasilanie 12V DC lub 230V AC oraz wykazuje potwierdzoną badaniami skuteczność redukcji 99,9% (3 Log) bakterii w czasie do 60 minut dla kubatury 60m³. Producentem jest renomowana firma wytwarzająca medyczne sterylizatory plazmowe.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.