



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Aleksandrów Kujawski, dnia 07.09.2023 r.

L.dz. P.Sz. / 7077 /23

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 22/2023
www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 22/2023 w trybie podstawowym na „Zakup i dostawę sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem” opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 10.08.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00349388

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zgodnie z Odpowiedzią do pytania Nr 30 z dnia 30.08.2023 r. L.dz.P.Sz./6757/23 Zamawiający nadaje nowe brzmienie w Załączniku nr 2 do SWZ Parametry techniczne, pkt. 17.

Pytanie Nr 30 Dotyczy Parametry Techniczne: 29. Dotyczy załącznik nr 2 Parametry techniczne

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że postępowanie przetargowe nie obejmuje systemu komputerowego. Jeśli tak, prosimy o odstąpienie wymagania załączenia autoryzacji potwierdzającej kompatybilność i możliwość współpracy z oferowanym systemem komputerowym w pkt 17, gdyż nie jest on przedmiotem postępowania. Prosimy o zmodyfikowanie treści pkt 17, na następujące brzmienie:

„Cyfrowe złącze transmisyjne umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do systemu rejestracji procesów mycia i wsadów, zbierającego dane. Podgląd i zapis parametrów z czujników sterowania procesu w systemie rejestracji w czasie rzeczywistym online. Możliwość współpracy z systemem komputerowym do rejestracji obiegu narzędzi.”

Odpowiedź Nr 30

Zamawiający potwierdza. System komputerowy nie jest objęty postępowaniem przetargowym. Jednocześnie Zamawiający wymaga możliwości podłączenia wyżej wymienionego sprzętu do takiego oprogramowania oraz modyfikuje pkt 17 załącznika nr 2.

Powyższe sprostowanie do wyjaśnień SWZ jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

W załączeniu ujednolicony Załącznik Nr 2 Parametry techniczne.